

# Anleitung Ergebnisabgabe über Webanwendung "IFATESTEN"

Die Übermittlung der Ergebnisse ist bis zum Einsendeschluss ausschließlich über das IFATESTEN-Portal möglich: <https://ifatesten.boku.ac.at/proficiencytests>

Menüpunkt: „Eignungsprüfungsrunden“ 


„Bearbeitbare Eignungsprüfungsrunden“ - betreffende Eignungsprüfung auswählen und Felder entsprechend den Vorgaben befüllen.



Hier erhalten Sie Informationen zur Eingabe und Stellenanzahl:

„Bitte beachten Sie die vorgegebenen Einheiten und geben Sie die Ergebnisse auf 2 % genau an, also mit mindestens zwei Stellen, wenn die führende Ziffer größer oder gleich 5 ist (Bsp. 51 mg/l; 6.2 µg/l; 0.89 mmol/l); sonst mit mindestens drei Stellen (Bsp. 10.2 mg/l; 3.23 µg/l; 478 µS/cm). Bitte beachten Sie, dass bei Angabe eines Ergebnisses mit einer unzureichenden Anzahl an signifikanten Stellen das Ergebnis in der Auswertung nicht berücksichtigt werden kann (siehe dazu E DIN ISO 13528, Punkt 5.5.4.2). Wenn Ihr Messgerät bzw. die verwendete Methode die geforderte Anzahl an signifikanten Stellen nicht liefert, ist eine der Situation entsprechende Angabe der Messunsicherheit unbedingt erforderlich.“

Die Angabe der **Messunsicherheit** ist nicht verpflichtend, das **Datum\*** und die **Messmethode\*** sind Pflichtfelder.

In den Spalten „Datum der Analyse“ und „Analysemethode“ wird durch Anklicken von  die automatische Übernahme der Eingabe in alle freien Felder dieser Spalten aktiviert (Symbol wird blau). Durch erneutes Anklicken wird diese Funktion wieder deaktiviert (Symbol wird schwarz).

Bei den Eignungsprüfungen der Parametergruppe Nährstoffe (N-Runden) ist eine Angabe der Temperatur inklusive des Datums der Messung erforderlich.

Bei fehlerhafter Eingabe (z.B. unzureichende Stellenanzahl) wird das Feld **rot** markiert und am unteren Bildschirmrand erscheint ein **rotes** Hinweisfeld. Sobald die Eingabe den Anforderungen entspricht, verschwindet das Hinweisfeld und das Eingabefeld wird wieder weiß.

Durch „**Speichern**“ werden die Ergebniseingaben gespeichert, aber nicht abgegeben:

## Speichern

Speichern Sie die aktuellen Werte für diese Eignungsprüfungsrunde. Die Eignungsprüfungsrunde wird bei diesem Vorgang nicht abgeschlossen!

Die Ergebnisse können auch ausgedruckt werden:

**Drucken**

Drucken und laden Sie das aktuelle Ergebnisformular als PDF herunter.

Auf dem Ausdruck befindet sich auch das Datum der letzten Änderung und der Status der Ergebnisübermittlung.

Erst durch „**Abschließen**“ werden die Ergebnisse übermittelt:

**Abschließen**

Schließen Sie die gesamte Ergebniseingabe für diese Eignungsprüfungsrunde ab.

Dies wird durch eine E-Mail bestätigt.

Bis zum Einsendeschluss besteht die Möglichkeit, die Ergebnisabgabe zu widerrufen. Dafür die EP-Runde auf der Übersichtsseite auswählen und unter Ergebniseingabe „**Widerrufen**“ anklicken.

**Widerrufen**

Widerrufen Sie die aktuelle Ergebniseingabe

Dadurch ist es möglich, die Ergebnisse zu ändern oder zu vervollständigen.

**Anschließend ist die Runde erneut abzuschließen!**

Die Tabelle mit den **zugewiesenen Werten** sowie den **Bericht** finden Sie kurze Zeit nach dem Einsendeschluss auf <https://www.ifatest.at/deutsch/auswert.html> . Aus diesem Grund können wir verspätet bei uns eintreffende Ergebnisse nicht mehr berücksichtigen. Die **Teilnahmebestätigungen** mit den erzielten z-Scores in tabellarischer und graphischer Form werden per Brief übermittelt.

Sollte bei der Bedienung der neuen Webanwendung etwas unklar sein, bitten wir um Kontaktaufnahme. Wir freuen uns auch auf Ihre Rückmeldungen.

IFA-Proficiency Testing Scheme

[ringversuche@boku.ac.at](mailto:ringversuche@boku.ac.at)

+43(0) 1 47654 97306